



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2019 года № РЗН 2019/9380

На медицинское изделие

**Игла инъекционная одноразовая стерильная Neolus Needle**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"ТЕРУМО ЮРОП Н.В.", Бельгия,**

**TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium**

Производитель

**"ТЕРУМО ЮРОП Н.В.", Бельгия,**

**TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium**

Место производства медицинского изделия

**TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgium**

Номер регистрационного досье № РД-26805/6224 от 11.04.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 16 декабря 2019 года № 9384  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

**0047141**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2019 года № РЗН 2019/9380

Лист 1

На медицинское изделие

**Игла инъекционная одноразовая стерильная Neolus Needle**, варианты исполнения:

1. NN-1838R, наружный диаметр иглы 18G (1,2 мм), длина иглы 40 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
2. NN-1925R, наружный диаметр иглы 19G (1,1 мм), длина иглы 25 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
3. NN-1938R, наружный диаметр иглы 19G (1,1 мм), длина иглы 40 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
4. NN-2025R, наружный диаметр иглы 20G (0,9 мм), длина иглы 25 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
5. NN-2116R, наружный диаметр иглы 21G (0,8 мм), длина иглы 16 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
6. NN-2125R, наружный диаметр иглы 21G (0,8 мм), длина иглы 25 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
7. NN-2132R, наружный диаметр иглы 21G (0,8 мм), длина иглы 30 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
8. NN-2138R, наружный диаметр иглы 21G (0,8 мм), длина иглы 40 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
9. NN-2316R, наружный диаметр иглы 23G (0,6 мм), длина иглы 16 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
10. NN-2325R, наружный диаметр иглы 23G (0,6 мм), длина иглы 25 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
11. NN-2332R, наружный диаметр иглы 23G (0,6 мм), длина иглы 30 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
12. NN-2516R, наружный диаметр иглы 25G (0,5 мм), длина иглы 16 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
13. NN-2525R, наружный диаметр иглы 25G (0,5 мм), длина иглы 25 мм, длинный срез под углом 12° (5000 шт/уп).
14. NN-2613R, наружный диаметр иглы 26G (0,45 мм), длина иглы 13 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
15. NN-2719R, наружный диаметр иглы 27G (0,4 мм), длина иглы 20 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
16. NN-2516R04, наружный диаметр иглы 25G (0,5 мм), длина иглы 16 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
17. NN-2525R04, наружный диаметр иглы 25G (0,5 мм), длина иглы 25 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

**0064699**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2019 года № РЗН 2019/9380

Лист 2

18. NN-2325R04, наружный диаметр иглы 23G (0,6 мм), длина иглы 25 мм, длинный срез под углом 12° (3000 шт/уп).
19. NN-2516R04T, наружный диаметр иглы 25G (0,5 мм), длина иглы 16 мм, длинный срез под углом 12° (900 шт/уп).
20. NN-2525R04T, наружный диаметр иглы 25G (0,5 мм), длина иглы 25 мм, длинный срез под углом 12° (900 шт/уп).
21. NN-2325R04T, наружный диаметр иглы 23G (0,6 мм), длина иглы 25 мм, длинный срез под углом 12° (900 шт/уп).

Л

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0064700